



Kalibrációs egység - Biztonsági jelzők (Cikkszám: 7100.181.C)

A kalibrációs egység tartalmaz rezisztorokat és kondenzátorokat speciális toleranciával a Biztonsági jelző (Cikkszám: 7100.181, 7100.181.K és 7100.181.B).

A kalibrációs egységhez nem kell sem elem sem külső tápegység.

Az értékek kiválaszthatók egy forgókapcsoló segítségével.

Technikai adat:

Pozíció	Határértékek	Biztonsági jelző optikai jele	Biztonsági jelző audio jele
Hi Fail	47 pF ± 10%	Piros LED villog	szaggatott hangjelzés
Hi Fail	4,7 MΩ ± 1%	Piros LED villog	szaggatott hangjelzés
OK	3 MΩ ± 1%	Zöld LED villog	off
OK	2 MΩ ± 1%, 100 pF ± 10%	Zöld LED villog	off
OK	820 kΩ ± 1%	Zöld LED villog	off
Lo Fail	470 kΩ ± 1%	Ismétlő LED világít	folyamatos hangjelzés



Méretek:
125 x 60 x 26 mm

- ▶ 1 év limitált garancia
- ▶ A műszert ajánlott 3 évente kalibráltatni