

Kalibráló egység PGT[®] 2000 (Cikkszám: 7100.PGT2000.C)

A kalibráló egység speciális tűrésértékű ellenállásokkal ellátott, melyek segítségével tesztelhetjük a **PGT[®] 2000 teszttert** (7100.PGT2000.NET)

A kalibráló egységhez nem kell sem elem, sem külső tápegység

A PGT 2000 menüje segíti a felhasználót a kalibrálás során, a sikeres kalibrálás után kalibrációs tanúsítvány nyomtatható

A cipő elektróda csatlakoztatásához külső szonda szükséges, súlyszonda Model 850 Cikkszám:7220.850 vagy ennek megfelelő szonda

Szabvány digitális feszültségmérőre van szükség a mérési feszültség ellenőrzésére.



Méreték:
125 x 60 x 26 mm

Tartalom:

Kalibrációs tanúsítvány, csatlakozó kábel, CD-ROM WINDOWS alapú kalibráló szoftverrel, használati útmutató

Technikai adatok:

Kapcsoló	Ellenállás	Tűrés	Tartomány
A	0Ω	± 1%	0 ... 5Ω
B	17kΩ	± 1%	16,83kΩ ... 17,17kΩ
100k	100kΩ	± 1%	99kΩ ... 101kΩ
1M	1MΩ	± 1%	990kΩ ... 1010kΩ
35M	35MΩ	± 1%	34,65kΩ ... 35,35kΩ
100M	100MΩ	± 1%	99MΩ ... 101MΩ
200M	200MΩ	± 2%	196MΩ ... 204MΩ



Használat

Certificate of Calibration			
Name of unit calibrated:	Personnel Grounding Tester		
Type:	PGT 2000		
Serial Number:	8887	Label:	
Calibration Date:	04.11.2002		
Approved By:	Klaus Wernicke		
Company:	Wernicke - Kugler GmbH Zimmermühlweg 11 61440 Oberrodorf		
Test Conditions:	Temperature	22°C	
	relative Humidity	38...46%	
Calibration Cycle:	1 Year		
Test Standards			
Name of unit	Manufacturer	Serial No.	Cal. Date
Calibration Unit for PGT 2000	Wernicke - Kugler	2001	18.09.2002
Module: 34801A	Harvest Packard	3146641018	10.01.2002
Function	Contacts	Test extension	Result
Test voltage	Wrist Strap	100V ±10%	±1%
		30V ±10%	±1%
Resistance	one after	1.000 Ohm ±10%	±1%
	Res (sh):	1M Ohm ±10%	±1%
at 30V, 75V and 100V	Wrist Strap	35M Ohm ±10%	±1%
	test shoe with light shoe	100M Ohm ±10%	±1%
		200M Ohm ±10%	±1%
After calibration this unit meets specified accuracies.			

Kalibrációs tanúsítvány

- ▶ 1 év limitált garancia
- ▶ A műszert ajánlott 3 évente kalibráltatni